

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Processo nº: 5/2021
Modalidade: Pregão - RP 1
Edital nº: 3/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES PARA EQUIPAR O NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG

A empresa **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL**, solicita esclarecimento acerca das especificações dos itens do presente edital.

Tratando-se de questões técnicas solicitei auxílio do Secretário Municipal de Saúde que, após análise dos argumentos da empresa respondeu no seguinte sentido:

“A empresa questiona se a exigência de PIXEL IGUAL OU INFERIOR À 140 MICRÔMETROS, pode ser considerar que serão aceitos pixels de 150 micrômetros ou inferior.

Não. A quantidade de micrômetros por pixel interfere na qualidade da imagem. De modo que quanto mais micrômetros menos pixel, então, a Administração pretende adquirir equipamento com alta resolução de imagem, de modo que, quanto mais pixel melhor será a qualidade da imagem. Neste sentido não será aceito equipamento que contenha mais de 140 micrômetros por pixel.

Questiona também se houve erro na digitação e que a especificação, onde consta exigência de 103 linhas/centímetros se o correto não seria 103 linhas/polegadas

A empresa tem razão, por erro material quando da transcrição das especificações, constou-se GRADE ANTI-DIFUSORA COM RAZÃO MÍNIMA DE 10,1, COM NO MÍNIMO 103 LINHAS/CM, quando o correto seria, GRADE ANTI-DIFUSORA COM RAZÃO MÍNIMA DE 10,1, COM NO MÍNIMO 103 LINHAS/POL.”

Assim sendo, considerando a necessidade de adequação da unidade de medida, promoveremos a retificação do edital.

Patrocínio, 12 de fevereiro de 2021.

Lucia de Fátima Lacerda
Pregoeira

Luiz Eduardo Salomão
Secretario Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Andrea Silva Raad Guarda
Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE