

## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo nº: 5/2021  
Modalidade: Pregão - RP 1  
Edital nº: 3/2021  
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES PARA EQUIPAR O NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG

A empresa **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A.**, inscrita no CNPJ n.º. 01.449.930/0006-02 **apresenta pedido de esclarecimento aos itens do presente edital, os quais passamos a responder:**

### **ITEM 1 - APARELHO DE ULTRASSOM FIXO**

**Solicita o edital: “CONEXOES S-VIDEO, AUDIO, ETHERNET, USB E HDMI”**

**Argumento Técnico: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, podemos participar ofertando CONEXOES S-VIDEO, AUDIO, ETHERNET, E USB?**

*Ocorre que as portas de conexões de dados do equipamento interferem na qualidade de imagem e resultado do exame, sendo que as especificações constantes do edital já indicam a possibilidade de apresentação de diversos tipos diferentes de conexões, quais sejam: S-VIDEO, AUDIO, ETHERNET, USB E HDMI. Destaco ainda que as conexões indicadas pelo impugnante são mais antigas, não sendo vantajoso a aquisição de tecnologia ultrapassada.*

**Solicita o edital: : “TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL ENDOCAVITARIO COM BANDA DE FREQUENCIA DE NO MINIMO 4 A 9 MHZ E ANGULO DE ABERTURA MINIMO DE 180°”**

**Argumento Técnico: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, podemos participar ofertando TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL ENDOCAVITARIO COM BANDA DE FREQUENCIA DE NO MINIMO 4 A 9 MHZ E ANGULO DE ABERTURA MINIMO DE 126°?**

*A tecnologia matricial ou equivalente garante maior qualidade na realização do exame e proporciona resultados com maior segurança. Assim, não é vantajoso para a Administração adquirir equipamento com tecnologia inferior. Mas neste caso, será aceito como tecnologia equivalente, se o equipamento for dotado de software de tratamento de*

*imagem que permita melhor qualidade. Não será aceito equipamento com frequência e ângulo de abertura inferior ao exigido no edital.*

**Solicita o edital: “ANALISE BIDIMENSIONAL DE SPECKLE TRACKING DO VENTRÍCULO ESQUERDO E GRÁFICO BULL'S EYE”**

**Argumento Técnico: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame podemos participar ofertando: ANÁLISE BIDIMENSIONAL DE SPECKLE TRACKING DO VENTRÍCULO ESQUERDO?**

*A tecnologia com gráfico bull's eye é indispensável pois proporciona “interpretação da contratilidade segmentar, perfusão e viabilidade miocárdica. Facilita o entendimento da localização e definição dos defeitos de cada segmento cardíaco.”<sup>1</sup>*

*Assim não será aceito equipamento que não disponha dessa tecnologia.*

**ITEM 2 - APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL**

**Solicita o edital: “TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL LINEAR PARA EXAMES SUPERFICIAIS (BLOQUEIOS E PUNÇÃO): DE NO MÍNIMO 6 A 18 MHZ”**

**Argumento Técnico: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que este trecho seja retirado do edital, uma vez que já é solicitado transdutor linear de alta frequência (até 15 mHz).**

*A tecnologia solicitada é mais eficiente na realização do exame e indispensável para o adequado atendimento das necessidades da Administração.*

**Solicita o edital: “TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL CONVEXO EXAMES ABDOMINAIS: DE NO MÍNIMO 1 A 8 MHZ”**

**Argumento Técnico: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que este trecho seja modificado para: TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL CONVEXO EXAMES ABDOMINAIS: DE NO MÍNIMO 1.4 A 5 MHZ.**

*A redução das unidades de medida irá reduzir a capacidade e eficiência do equipamento. Tendo em vista que o mesmo será utilizado em unidade de saúde municipal, que fará os mais diversos atendimentos, é indispensável que o equipamento tenha maior amplitude de ação e resultado.*

<sup>1</sup> <https://cardiopapers.com.br/bulls-eye-o-que-e-qual-a-sua-utilidade/> consulta em 02/03/2021

### **ITEM 3 - CONJUNTO RADIOLOGICO FIXO**

**Solicita o edital: SELEÇÃO DOS NÍVEIS DE PELO MENOS KV E MA POR MEIO DE TECLAS.**

**Esclarecimento: Informamos ao órgão que o gerador de raios-X ofertado pela empresa Siemens apresenta seleção dos níveis de kV e mAs por meio de teclas. O fator mA é aplicado em conjunto com o tempo, ou seja, ao alterar o valor de mAs, estamos alterando mA e tempo. Este valor de mA é sempre o maior possível de acordo com os valores de kV, mAs e foco selecionado. Esta técnica garante que para uma mesma dose os disparos sejam efetuados num menor tempo, logo, o paciente fica sujeito a uma quantidade menor de radiação e obtemos também um melhor contraste da radiografia. Desta maneira, entendemos que a exigência dos itens mA e tempo não são consideradas fator limitante para a operação do equipamento e poder de diagnóstico. Sendo assim, podemos atender perfeitamente à demanda clínica solicitada no edital e entendemos que não seremos desclassificados do certame. Estamos corretos nesse entendimento?**

*Não será realizada análise prévia de equipamentos ou descritivos, pois tal afirmação fere a isonomia e igualdade entre os participantes.*

**Solicita o edital: Indicação dos dados radiográficos (kv, mas etc) nas imagens**

**Esclarecimento: Informamos ao órgão que cada fabricante possui sua particularidade no projeto de seu equipamento e que a solução ofertada pela Siemens Healthineers apresenta o parâmetro “DI” nas imagens, que permite ao técnico avaliar se os parâmetros escolhidos para exposição foram corretos para a região irradiada. Dessa forma, entendemos que o parâmetro indicado cumpre o mesmo propósito dos solicitados pelo órgão e que, portanto, não seremos desclassificados do certame. Estamos corretos nesse entendimento?**

*Não será realizada análise prévia de equipamentos ou descritivos, pois tal afirmação fere a isonomia e igualdade entre os participantes.*

**Servimo-nos da presente para apresentar nosso pedido de esclarecimento, conforme segue:**

**1. Podemos considerar que empresas que não atenda plenamente ao requisitos técnico elencado no edital e acima destacado, tal como a Siemens que possui solução similar ao solicitado pelo órgão, poderá participar da licitação sem que seja desclassificada tecnicamente?**

*A participação em licitação pressupõe o pleno atendimento das exigências do edital, seja quanto a documentação de habilitação, seja quanto a apresentação das propostas. Não pode a pregoeira conferir 'salvo conduto'*

*a qualquer licitante afirmando previamente que não será desclassificado. A análise das propostas será realizada durante o processo do pregão.*

**2. Caso não seja este o entendimento: qual a justificativa técnica imprescindível para manutenção da característica específica que faz com que apenas a Siemens seja alijada do certame?**

*Não há entendimento quanto à impossibilidade ou alijamento da empresa em participar da licitação. As especificações técnicas dos equipamentos foram elaboradas de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde, especialmente considerando a utilização dos equipamentos e a demanda de atendimento, e ainda levando em consideração os equipamentos existentes no mercado, dos mais diversos modelos e fabricantes.*

Patrocínio, 2 de março de 2021.

\_\_\_\_\_  
Lúcia de Fátima Lacerda  
Pregoeira

\_\_\_\_\_  
Luiz Eduardo Salomão  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
Andrea Silva Raad Guarda  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE